

## II

(Komunikaty)

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
UNII EUROPEJSKIEJ

## KOMISJA EUROPEJSKA

**Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
w sprawie przyrządów pomiarowych <sup>(1)</sup>***(Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do wymagań zasadniczych (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy))***(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

(2013/C 109/01)

**MI-006: Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków**

w odniesieniu do:

— OIML R 51-1, wydanie 2006 (E)

Wymagania zasadnicze w MID (załącznik I i załącznik MI-006, wspólna część oraz rozdział II)	OIML R 51-1, wydanie 2006 (E)	Uwaga
Załącznik I		
1.1	T.4.3.1, T.4.3.7, 2.5, 2.6, 4.1.1	Objęte
1.2	4.1.3, 4.1.6, 4.2.2	Objęte
1.3	5.2.1	Objęte
1.3.1	2.9.1.1, 2.9.1.2	Objęte z wyjątkiem: praca przy kondensującej się/niekondensującej się parze wodnej oraz praca w miejscach o charakterze otwartym/zamkniętym nie są objęte
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		
a) E1 a) E2	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3	Objęte
a) E3	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3, A.6.3.6	Objęte pod warunkiem stosowania impulsu testowego 5, poziom badań IV zgodnie z ISO 7637-2:2004(E)
b)	A.6.3.1, A.6.3.2, A.6.3.4, A.6.3.5.1, A.6.3.5.2, A.6.3.3	Objęte pod warunkiem stosowania w niektórych przypadkach poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004)

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 135 z 30.4.2004, s. 1.

Wymagania zasadnicze w MID (załącznik I i załącznik MI-006, wspólna część oraz rozdział II)	OIML R 51-1, wydanie 2006 (E)	Uwaga
1.3.4	2.9.2, A.6.2.4, A.6.2.5, A.6.2.6, A.6.2.7, 4.2.3, 6.4.3, A.5.2, 2.9.3, A.6.2.8, 2.9.1.3, A.6.2.2, 6.1.4 i A.5.8, 2.8.1, 6.4.4 i A.5.7	Objęte, z wyjątkiem zmiany częstotliwości sieci zasilającej oraz pola magnetycznego o częstotliwości zasilania
1.4		
1.4.1	A.6.1.1, Załącznik A	Objęte
1.4.2	A.6.2.3, 4.1.2	Objęte, z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją
2	A.7, 6.5.3, 2.10	Objęte
3	T.3.6	Objęte
4	T.3.5, 3.3.1, 2.5.1, 5.2.3	Objęte
5	4.1.4, A.7, 2.10, 6.5.3, T.3.7	Objęte
6	3.2.2, 4.1.3, 4.2.2	Objęte
7		
7.1	3.2.1, 3.2.2, 3.2.4	Objęte
7.2	3.1	Objęte
7.3		Nie dotyczy
7.4		Nie dotyczy
7.5	3.1	Objęte
7.6	3.4.5, 2.11, 6.1.5	Objęte, z wyjątkiem opisu procedury badania ujętego w instrukcji obsługi
8		
8.1	4.2.4	Objęte
8.2	3.2.6	Objęte
8.3	3.4.5, 3.2.3	Objęte
8.4	3.2.6, 3.2.3, 3.4.4	Objęte
8.5		Nie dotyczy
9		
9.1	3.11.1, 3.11.2	Objęte, z wyjątkiem informacji o obecności urządzeń dodatkowych
9.2		Nie dotyczy
9.3	3.11.1, 3.11.2, 3.11.3	Objęte, z wyjątkiem informacji (o działaniu przyrządu, jego instalacji, konserwacji, naprawach, dozwolonej regulacji, właściwym działaniu), kondensacji, pracy w miejscach o charakterze otwartym/zamkniętym

Wymagania zasadnicze w MID (załącznik I i załącznik MI-006, wspólna część oraz rozdział II)	OIML R 51-1, wydanie 2006 (E)	Uwaga
9.4		Nie dotyczy
9.5	3.3.2	Objęte
9.6		Nie dotyczy
9.7	2.7	Objęte
9.8	3.11.4, 3.12	Objęte
10		
10.1	3.3, 3.4	Objęte
10.2	3.3.1, 2.4, 3.4.2, 3.3.2	Objęte
10.3	3.4.3, 3.4.4	Objęte
10.4	3.4.3	Nieobjęte bezpośrednio, choć niektóre wymagania mają zastosowanie
10.5		Nie dotyczy
11		
11.1	3.4.4, 3.4.3	Objęte, jeżeli przyrząd pomiarowy wyposażony jest w urządzenie umożliwiające przechowywanie danych lub w drukarkę
11.2	3.4.4, 3.4.3	Objęte, jeżeli przyrząd pomiarowy wyposażony jest w urządzenie umożliwiające przechowywanie danych lub w drukarkę
12	2.11, 6.1.5, 6.1.8	Objęte
Załącznik MI-006		

**ROZDZIAŁ I – Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych**

1	5.2.1	Objęte
1.1	T.3.1.1, T.3.1.2, T.3.1.3, 2.2.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3	Objęte
1.2	2.9.2	Objęte
1.3	2.9.1.1, 2.9.1.2, 2.9.3, 3.2.5	Objęte
1.4	6.1.4, 2.9.3, 3.2.3	Objęte
3		
3.1	2.9.3, 3.2.3, 3.2.5	Objęte
3.2	3.2.7	Objęte
3.3	3.3.1 (3.3, 3.2.4, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.3, 3.9.4)	Objęte
3.4	4.2.1	Objęte
3.5	3.5, 3.6	Objęte

Wymagania zasadnicze w MID (załącznik I i załącznik MI-006, wspólna część oraz rozdział II)	OIML R 51-1, wydanie 2006 (E)	Uwaga
3.6	3.3.3, 3.10.3	Objęte
<b>ROZDZIAŁ II – Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków</b>		
1		
1.1	2.1	Objęte
1.2	2.1.1, 2.1.2	Objęte, z tym że stosuje się IV w dyrektywie 2004/22/WE zamiast III
2		
2.1	2.1	Objęte
2.2	2.1.1	Objęte
3	2.1, 2.1.2	Objęte
4		
4.1	2.5.1.1, 2.5.1.2 A.3.9.2.2 a)	Objęte
4.2	2.5.1.1 Tabela 4	Objęte
4.3	2.2.1 Tabela 1	Objęte
4.4	2.2.1, 2.3	Objęte, z wyjątkiem klasy dokładności XIII lub klasy Y(a) przy $0,1 \text{ g} \leq e \leq 2 \text{ g}$
5	2.2.2	Objęte
6		
6.1	3.2.3	Objęte
6.2	3.2.3	Objęte
7.1		
7.1.1	2.6.1	Objęte
7.1.2	2.6.2	Objęte
7.2	T.4.3.9, 4.1.3	Objęte
7.3	2.9.1.2	Objęte

**Uwagi:**

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 51-1 a odpowiednim wymaganiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE. Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymaganie OIML R 51-1 jest identyczne z wymaganiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE, lub
- wymaganie OIML R 51-1 jest bardziej restrykcyjne niż wymaganie zawarte w dyrektywie 2004/22/WE, lub
- całość wymagania OIML R 51-1 spełnia wymagania zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymaganie nie jest w pełni objęte, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymagania jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymaganie zawarte w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodne z odpowiednim wymaganiem OIML R 51-1, bądź nie zostało ujęte w OIML R 51-1,

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymaganie zawarte w załączniku I do dyrektywy 2004/22/WE nie ma zastosowania do wag automatycznych dla pojedynczych ładunków.